

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zasilacz-laboratoryjny-uni-t-utp3305c-p-29775.html>

Zasilacz laboratoryjny Uni-T UTP3305C

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30412
Kod producenta	MIE0363
Kod EAN	5901890044349
Producent	Uni-T

Opis produktu

PARAMETRY GŁÓWNE

Kanał 1/kanał 2

Napięcie wyjściowe: 0 ~ 30 V
Natężenie prądu wyjściowego: 0 ~ 5 A
Moc wyjściowa: 315 W

Stabilizacja:

- Napięcie wyjściowe: $<0,01\%+5\text{ mV}$
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,1\%+10\text{ mA}$

Linowość regulacji:

- Napięcie wyjściowe: $<0,01\%+3\text{ mV}$
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,1\%+3\text{ mA}$

Rozdzielczość:

- Napięcie wyjściowe: 10 mV
- Natężenie prądu wyjściowego: 1 mA
- Dokładność pomiaru (25°C $\pm$ 5°C):
- Napięcie wyjściowe: $<0,5\%+20\text{ mV}$
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,5\%+10\text{ mA}$

Stabilizacja napięcia przy połączeniu szeregowym/równoległym wyjść: $=<0,1\%+0,1\text{ V}$

Tętnienia (20 Hz ~ 20 MHz):

- Napięcie wyjściowe: $=<2\text{ mV rms}$
- Natężenie prądu wyjściowego: $=<3\text{ mA rms}$

Opóźnienie narastania napięcia: $=<100\text{ ms}$ (10% ustawionej wartości)

Współczynnik temperaturowy napięcia wyjściowego: $\leq 150\text{ ppm}$

Współczynnik temperaturowy natężenia prądu wyjściowego: $\leq 150\text{ ppm}$

Kanał 3 (pomocniczy)

Napięcie wyjściowe: 5 V $\pm$ 50 mV
Stabilizacja napięcia wyjściowego: $\pm 50\text{ mV}$
Natężenie prądu wyjściowego: 3 A

CECHY OGÓLNE

Porty: USB, RS-232

Zasilanie: AC 100 V/120 V/220 V/230 V $\pm 10\%$, 50 Hz/60 Hz

Wyświetlacz: poczwórny wyświetlacz LED

Wymiary: 252 x 135 x 370 mm

Waga: 9,1 kg

Akcesoria: Przewody pomiarowe, przewód USB, płyta CD